



Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения города Москвы
«Московский многопрофильный клинический центр
«Коммунарка»

Департамента здравоохранения города Москвы»

ул. Сосенский Стан, д. 8, стр. 3, вн. тер. г. поселение
Сосенское, п. Коммунарка, г. Москва, 108814, Россия
ОКПО 01934489, ОГРН 1027739691352
ИНН/КПП 7716099554/775101001

ООО «МЕДПЛАНТ»

109316, г. Москва, Волгоградский пр-кт,
д.42, корп.5, эт. 2, пом. I, ком. 296-318,
109316, г. Москва, а/я 147
ОКПО 52777873, ОГРН 1027739753953
ИНН/КПП 7718156134/ 772301001

mmcc@zdrav.mos.ru
www.mmccdzm.ru

тел. 8 (495)744-07-03

<http://www.medplant.ru>
medplant@medplant.ru
+7 (495) 223-6016

Исх. 15. 01. 2026 № 924 /К-26исх
на № _____ от _____

Отзыв
по результатам эксплуатации (медицинском применении)
медицинского изделия

Наименование медицинского изделия: Аппарат реанимационный компрессионный автоматический для проведения сердечно-легочной реанимации «АРКА» с принадлежностями по ТУ 32.50.50-080-52777873-2024, заводской номер 177.

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие:
№ РЗН 2024/24065 от 27.01.2025, срок действия: бессрочно.

Производитель: ООО «МЕДПЛАНТ», г. Москва.

Основание: договор № б/н от 28.11.2025

С 01.12.2025 по настоящее время на базе ОРИТ 6 Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Московский многопрофильный клинический центр «Коммунарка» Департамента здравоохранения города Москвы» находится в эксплуатации Аппарат реанимационный компрессионный автоматический для проведения сердечно-легочной реанимации «АРКА» с принадлежностями по ТУ 32.50.50-080-52777873-2024, заводской номер 177.

Аппарат для сердечно-лёгочной реанимации «АРКА», производимый организацией ООО «МЕДПЛАНТ» существенно повышает эффективность реанимационных мероприятий в неотложных медицинских ситуациях.

Один из ключевых плюсов прибора — простота установки на грудную клетку пациента. Благодаря встроенному лазерному целеуказателю медицинский персонал точно позиционирует аппарат над сердцем, гарантируя правильное положение устройства и

повышая эффективность компрессий. Это особенно важно в стрессовых условиях, когда каждая секунда на счету.

Ещё одна полезная особенность аппарата — наличие сразу двух аккумуляторных батарей. Такая конструкция обеспечивает длительное время автономной работы, избавляя врача от риска внезапного отключения питания посреди процедуры реанимации. Даже если первая батарея разрядится, вторая тут же возьмет нагрузку на себя, поддерживая стабильную работу и непрерывность процесса спасения жизни пациента.

Эти характеристики делают аппарат незаменимым инструментом для специалистов, работающих в области экстренной медицины и реаниматологии, помогая сохранить здоровье и жизнь пациентов даже в самых непростых обстоятельствах.

Конструкция аппарата выполнена из высококачественных материалов, обладает повышенной прочностью и устойчивостью к механическим повреждениям. Простота сборки и удобство хранения позволяют эффективно использовать оборудование в стационаре. Особо отметим удобный кейс для переноски аппарата: эргономически удобен, безопасен при передвижении, имеет достаточное количество отсеков и ложементов.

Устройство оснащено простым и интуитивно понятным врачу интерфейсом, позволяющим персоналу быстро установить необходимые режимы непрямого массажа сердца. Аппарат самостоятельно адаптирует усилие нажатия на грудную клетку пострадавшего, что позволяет использовать его на разных категориях пациентов.

Кроме того, автоматический режим работы значительно упрощает процесс реанимации для персонала, не имеющего достаточного опыта работы с подобными устройствами. Наличие встроенной системы диагностики и предупреждения неисправностей помогает своевременно выявить возможные проблемы и предотвратить аварийные ситуации, которые еще не возникали за время эксплуатации.

Воздействия на аппарат при разряде дефибриллятора обнаружено не было. Работа аппарата была продолжена без изменений.

Таким образом, аппарат «АРКА» является надежным помощником врачей и медицинского персонала, способствующим повышению качества оказываемой медицинской помощи и увеличению шансов выживания пациентов в сложных клинических случаях. Данное устройство может быть использовано специалистами, работающим в сфере оказания неотложной помощи пациентам.

По результатам эксплуатации Аппарат реанимационный компрессионный автоматический для проведения сердечно-легочной реанимации «АРКА» с принадлежностями по ТУ 32.50.50-080-52777873-2024 может быть рекомендован для применения в отделениях реанимации и интенсивной терапии любого профиля.

Директор

